Özel EKOL HASTANESİ

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ MEDİKAL GAZ VE YATAK BAŞI OKSİJEN SİSTEMİ GÜNLÜK TAKİP FORMU

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
MC.FR.21	01.01.2021	02	01.06.2023	1/1

AİT OLDUĞU AY / YIL: ……..... BİRİM / KAT ADI: ……..

CİHAZ ADI/ DEMİRBAŞ NO.	KONTROL	TARİH																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oda No. : Yatak 1 **Asp. : 528** **O_2 : 321**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
Oda No. : Yatak 2 **Asp. : 527** **O_2 : 323**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
Oda No. : Yatak 3 **Asp. : 530** **O_2 : 324**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
Oda No. : Yatak 4 **Asp. : 531** **O_2 : 322**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
Oda No. : Aspiratör **Asp. : 1421**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
Oda No. : Mobil O2 **O_2 : 253**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
Oda No. : Mobil O2 **O_2 : 319**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
Oda No. : Mobil O2 **O_2 : 325**	Basınç																															
	Çekim gücü																															
	Temizlik																															
MEDİKAL GAZ PANOSU (NO:……..)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VAKUM (SARI)	Min : 450mm/Hg Max: 550mm/Hg																															
OKSİJEN (BEYAZ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																															
BASINÇLI HAVA-4 BAR (SİYAH)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																															
BASINÇLI HAVA-7 BAR (SİYAH)	Min : 6,5 bar Max: 7,5 bar																															
AZOT (MAVİ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																															
KONTROL EDEN (SABAH/08.00)																																
KONTROL EDEN (AKŞAM/20.00)																																

Yatak Başı Tıbbi Gaz Sisteminin Kontrol Parametreleri İşaretleri: Temizlik yapıldıysa **(+)** Evet, Temizlik yapılmadıysa **(-)** Hayır, Ç: Çalışıyor
Arıza Var İse; (A) Arızalı
Medikal Gaz Panosu gaz basınç düzeyleri ilgili günlerde sayısal olarak kaydedilmelidir.

Kontrol Eden Ad-Soyad/İmza: