



Özel EKOL HASTANESİ
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
ENDOTRAKEAL TÜP BAKIMI TALİMATI



AMAÇ : Endotrakeal tüpün uygulanması ve bakımını sağlamak.

KAPSAM : Birimdeki doktor ve hemşireyi kapsar.

UYGULAMA

1. Açık aspirasyon uygulamalarda her seferinde tek kullanımlık kateter kullanılmalıdır.
2. Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında steril eldiven giyilmesi tercih edilir.
3. Steril kateter ile endotrakeal tüp içine girilerek aspirasyon işlemine devam edilmesi gerekiyorsa kullanılan ilk kateter yıkama solüsyonu ile yıkanmalı ve atılmalıdır. Yeni bir steril kateter ile aynı işlem tekrarlanmalıdır.
4. Akciğer sekresyonları yeterince temizlendikten sonra yıkama solüsyonunda yıkanan kateter ile ağız içi sekresyonları aspire edilir ve yıkanarak kateter atılır.
5. Yıkama solüsyonu olarak 500 ml lik plastik veya cam şişeler içinde serum fizyolojik veya steril su kullanılmalıdır. Bu sıvılar sekiz saatten uzun süre kullanılmamalı, eğer yıkama solüsyonu çok kirlenmiş ise süre beklenmeden değiştirilmelidir. Solüsyon kabının üzerine kullanılmaya başlandığı saat ve tarih yazılmalıdır.
6. Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda 5-15 ml lik plastik ampulü steril aspirasyon sıvısı kateter haznesine verilir ve uygun teknikle aspirasyon tamamlanır.
7. Kapalı aspirasyon kateterleri fonksiyon bozukluğu gelişmesi, kateterin tıkanması, delinmesi gibi durumlarda değiştirilmeli, aksi takdirde rutin olarak değiştirilmemelidir. Kapalı aspirasyon uygulanan hastaya ağız içi sekresyonlarının aspirasyonu için ayrı steril bir kateter ile yapılır.
8. Aspiratör kavanozu doldukça veya 24 saatte bir boşaltılıp, uygun temizliği yapıp, tekrar kullanılmalıdır.

Hazırlayan	Hazırlayan	Kontrol Eden	Kontrol Eden
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ümran SÜREN	Kalite&Akreditasyon Sorumlusu Cemşah YAYICI	Hastane Müdürü Mustafa İŞİK M. ALSÜ	Tedavi ve Bakım Hiz. Müdürü Yeşim İNÇİ
Son Kontrol		Onay	
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR		Başhekim Op.Dr. Cihan GASTİOĞLU	

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.22	31.05.2013	01	18.03.2016	1 / 1