



Özel **EKOL HASTANESİ**  
ENDOSKOPI ÜNİTESİ MEDİKAL GAZ VE YATAK BAŞI  
OKSİJEN SİSTEMİ GÜNLÜK TAKİP FORMU



Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

MC.FR.61

06.03.2023

01

01.06.2023

1/1

AİT OLDUĞU AY / YIL: .....

CİHAZ ADI / DEMİRBAŞ NO.	KONTROL	TARİH																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
İşlem Odası Asp. : 575 O <sub>2</sub> : 388	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
Seyyar (Portable) Asp. : 208 O <sub>2</sub> : 1528	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
Müşahade Odası Asp. : 576 O <sub>2</sub> : 389	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
<b>MEDİKAL GAZ PANOSU (NO:.....)</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>				
VAKUM (SARI)	Min : 450mm/Hg Max: 550mm/Hg																																			
OKSİJEN (BEYAZ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																			
BASINÇLI HAVA-4 BAR (SİYAH)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																			
BASINÇLI HAVA-7 BAR (SİYAH)	Min : 6,5 bar Max: 7,5 bar																																			
AZOT (MAVİ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																			
<b>KONTROL EDEN (SABAH/08.00)</b>																																				
<b>KONTROL EDEN (AKŞAM/20.00)</b>																																				

Yatak Başı Tıbbi Gaz Sisteminin Kontrol Parametreleri İşaretleri: Temizlik yapıldıysa (+) Evet, Temizlik yapılmadıysa (-) Hayır, Ç: Çalışıyor

Arıza Var İse; (A) Arızalı

Medikal Gaz Panosu gaz basınç düzeyleri ilgili günlerde sayısal olarak kaydedilmelidir.

**Kontrol Eden Ad-Soyad/İmza:**