

GÜNLÜK BAKIM	ATIK KABI BOŞALTMA / BUFFER ve WASH KONTROL / PRINTER KAĞIDI KONTROL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
OCAK																																
ŞUBAT																																
MART																																
NİSAN																																
MAYIS																																
HAZİRAN																																
TEMMUZ																																
AĞUSTOS																																
EYLÜL																																
EKİM																																
KASIM																																
ARALIK																																
HAFTALIK BAKIM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
DRIP TRAY TEMİZLİĞİ																																
PROBUN DÜZELTİLMESİ	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
2 HAFTALIK BAKIM (200 HASTA)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
DEPROTEINIZER																																
CONDITIONER	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
HCT SLOPE																																
AYLIK BAKIM	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK																				
pH/Na/K/Ca/Cl/Ref. REFILL SEVİYE KONTROLÜ																																
ELECTRODE CONTALARININ TEMİZLENMESİ																																
REFERANS KASETİN HAVASININ ALINMASI																																
MALZEMELERİN KONTROLÜ ve SİPARİŞİ																																
6 AYLIK BAKIM	6						12																									
GAZ TÜPÜ DEĞİŞİMİ																																