

BİYOMEDİKAL METROLOJİ RAPORU

Künye No	660
Rapor No	2511-4279
Uyg. Tarihi	11-25
Geçerlilik	11-26

Hizmet Bilgileri	Rapor No	: 2511-4279	Rapor Tarihi	: 13.11.2025
	Uygulama Tarihi	: 13.11.2025		
	Uygulama Yeri			
	Yerinde		Laboratuvar	
	Nezaret Eden / Ad, Soyad		Teslim Tutanak No	: -
Cemre Tuğhan ÖZTUĞRAN		Tarih	: -	

Donanım Bilgileri	Birlik	: Edirne	Marka	: plusMED
	Sağlık Tesisi	: Özel Ekol Hastanesi	Model	: pM-BS 01
	Künye No	: 660	Seri No	: 8004152644
	Biyomedikal Tür	: Tartı Bebek	Bulunduğu Yer	: A5/AMELİYATHANE
	Biyomedikal Tanım	: -	Bulunduğu Branş	: -

Metroloji Bilgileri	Test Sayısı	: 2	Rapor Sayfa No	: 3	Sayfa
	Referans Standartlar	1. EURAMET CG 18			
		2. TS EN 45501			
		3.			
4.					

Hizmet Sonucu	Yukarıda künye bilgileri bulunan donanım sağlık hizmeti sunumunda,			Ortam Şartları		
	Kullanıma Uygun <input checked="" type="checkbox"/>	Kullanıma Uygun Değildir <input type="checkbox"/>	Sınırlı Kullanıma Uygun <input type="checkbox"/>	°C	%RH	mbar
				23,8	55	985,1

Genel Değerlendirme	Yapılan ölçümler neticesinde cihazın kullanıma uygun olduğu görülmüştür.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------

İmza Mühür	Laboratuvar Yöneticisi / Sorumlu Müdür		
	Adı Soyadı	: Tolga Özkalp	
	Ünvanı	: Sorumlu Müdür	
İmza	: 		

<p>Bu rapor kapak sayfası dahil toplam 3 sayfadan ibaret olup, yukarıda künye bilgileri belirtilen biyomedikal donanımlara özel düzenlenmiştir.</p> <p>Mühürsüz, elektronik imzasız veya ıslak imzasız suretlerinin geçerliliği bulunmamaktadır.</p> <p>Bu rapor kısmi parçalar halinde kullanılamaz, değerlendirilemez.</p> <p>Bu rapor sorumlu kurum yönetiminin bilgisi dışında paylaşılamaz, dağıtılamaz, kısmen dahi olsa kullanılamaz.</p>

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com

BİYOMEDİKAL METROLOJİ RAPORU
(Elektriksel Güvenlik Testleri)


Künye No	660
Rapor No	2511-4279
Uyg. Tarihi	11-25
Geçerlilik	11-26

Test Bilgileri	Standart No	: EURAMET CG18	Revizyon Tarihi	: 23.10.2015
	Standart Başlığı	: Otomatik Olmayan Tart		
	Test Madde No	: -	Test Uyg. Tarihi	: 13.11.2025
	Test Başlığı	: -		

Referans Donanım	Biyomedikal Tanım	M1 Kütle Seti	İzlenebilirlik	: TKM
	Marka	: Hüray	Sertifika No	: 1/3/1900016-24
	Model	: -	Geçerlilik Süresi	: 04.11.2026
	Seri No	: 541		

Ölçüm Bilgileri	Parametre Tanımı	: Ağırlık	Parametre Birimi	: g
	Ölçülen Katalog Aralığı	: -	Belirsizlik Tipi	: B
	Belirsizlik Bileşenleri	: 1. Test Cihazının Sonlu Çözünürlüğünden Gelen Belirsizlik		
		: 2. Referans Cihazın Kalibrasyon Sertifikasından Gelen Belirsizlik		
: 3. Referans Cihazın Yıllık Kaymasından Gelen Belirsizlik				

* Ölçümler 4. sayfada verilmiştir.

Uzman Görüşü	Yapılan ölçümler neticesinde cihazın kullanıma uygun olduğu görülmüştür.	Testi Uygulayan	Adı	Eren
			Soyadı	Savuran
			Ünvanı	Biyomedikal Müh.
			İmza	 e-imzalıdır

Bu rapor kapak sayfası dahil toplam 3 sayfadan ibaret olup, yukarıda künye bilgileri belirtilen biyomedikal donanımlara özel düzenlenmiştir.

Mühürsüz, elektronik imzasız veya ıslak imzasız suretlerinin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu rapor kısmi parçalar halinde kullanılamaz, değerlendirilemez.

Bu rapor sorumlu kurum yönetiminin bilgisi dışında paylaşılamaz, dağıtılamaz, kısmen dahi olsa kullanılamaz.

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com


BİYOMEDİKAL METROLOJİ RAPORU
(Kantitatif)

Künye No	660
Rapor No	2511-4279
Uyg. Tarihi	11-25
Geçerlilik	11-26

Test Bilgileri	Standart No	: EURAMET CG18	Revizyon Tarihi	: 23.10.2015
	Standart Başlığı	: Otomatik Olmayan Tart		
	Test Madde No	: -	Test Uyg. Tarihi	: 13.11.2025
	Test Başlığı	: -		

Ölçüm Bilgileri	Gözlem Tanımı	: Fonksiyon testleri		
	Gözlenen Katalog Aralığı	: -	Belirsizlik Tipi	: B
	Belirsizlik Bileşenleri	: 1. Test Cihazının Sonlu Çözünürlüğünden Gelen Belirsizlik 2. Referans Cihazın Kalibrasyon Sertifikasından Gelen Belirsizlik 3. Referans Cihazın Yıllık Kaymasından Gelen Belirsizlik		

Fiziksel Kontrol	Sorgu Parametresi	Gözlemlenen Parametre	Yeterlilik Değerlendirmesi
	Genel Fiziksel Kontrol	Uygun	Geçti
	Gösterge ve Paneller	Uygun	Geçti
	Butonlar, Düğmeler	Uygun	Geçti
	Pil, Akü ve Batarya	Uygun	Geçti
	Besleme ve Elektrik kablosu	Uygun	Geçti
	Montaj ve askı aparatları	Uygun	Geçti

Uzman Görüşü	Yapılan ölçümler neticesinde cihazın kullanıma uygun olduğu görülmüştür.	Testi Uygulayan	Adı	Eren
			Soyadı	Savuran
			Ünvanı	Biyomedikal Müh.
			İmza	 e-izimlidir

Bu rapor kapak sayfası dahil toplam 3 sayfadan ibaret olup, yukarıda künye bilgileri belirtilen biyomedikal donanımlara özel düzenlenmiştir.

Mühürsüz, elektronik imzasız veya ıslak imzasız suretlerinin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu rapor kısmi parçalar halinde kullanılamaz, değerlendirilemez.

Bu rapor sorumlu kurum yönetiminin bilgisi dışında paylaşılamaz, dağıtılamaz, kısmen dahi olsa kullanılamaz.

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com



Künye No	0
Rapor No	660
Uyg. Tarihi	2511-4279
Geçerlilik	11-25

Kalibrasyon Sertifikası

Calibration Certificate

Cihazın Sahibi : Edirne
Customer

Adresi : 0
Address

Makine / Cihaz : 660
Instrument / Device

İmalatçı : 0
Manufacturer

Tip : plusMED
Type

Seri Numarası : pM-BS 01
Serial Number

Kalibrasyon Tarihi : 2511-4279
Date of Calibration

Talep Numarası : -
Order Number

Sertifika Sayfa Sayısı : 6
Number of pages of the certificate

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Akme Medikal, TÜRKAK'tan AB-0102-K ile Euramet/CG-18 standardına göre akredite edilmiştir.
Akme Medikal accredited by TÜRKAK under registration number AB-0102-K for Euromet CG-18 as Calibration Laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates. Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate

Mühür

Seal



Yayımlandığı Tarihi

Date

2511-4279

Kalibrasyonu Yapan

Calibrated by

Laboratuvar Personeli

0

Eren

Onaylayan

Approval

Laboratuvar Müdürü

0

Akme Medikal Tic. Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuvarı

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com

Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



Künye No	0
Rapor No	660
Uyg. Tarihi	2511-4279
Geçerlilik	11-25

Makine / Cihaz <i>Instrument / Device</i>	: 660																				
Bulunduğu Yer <i>Place</i>	: 8004152644																				
Cihazın Kabul Tarihi <i>Date of receipt of Device</i>	: 2511-4279																				
Prosedür <i>Procedures</i>	: Kalibrasyon Euramet / cg-18/v.04 (EA-10/18) dökümanına uygun olarak yapılmıştır.																				
Çevre Şartları <i>Environmental Conditions</i>	: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Başlangıç</th> <th>Bitiş</th> <th>Ortalama</th> <th>Belirsizlik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sıcaklık (°C)</td> <td>22,4</td> <td>22,5</td> <td>22,5</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>Nem (% rh)</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>		Başlangıç	Bitiş	Ortalama	Belirsizlik	Sıcaklık (°C)	22,4	22,5	22,5	0,60	Nem (% rh)	55	55	55	3,00					
	Başlangıç	Bitiş	Ortalama	Belirsizlik																	
Sıcaklık (°C)	22,4	22,5	22,5	0,60																	
Nem (% rh)	55	55	55	3,00																	
Ölçüm Belirsizliği <i>Measurement Uncertainty</i>	: Belirsizlik sonuçları diğer sayfalarda verilmiştir.																				
<p>Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.</p> <p>The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.</p>																					
Kalibrasyonda kullanılan <i>Equipments used in calibration</i>	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cihaz / Device</th> <th>İmalatçısı / Man.</th> <th>Seri No./ Sr. N.</th> <th>Sertifika No./ Cert. N.</th> <th>İzlenebilirlik/ Traceability</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M1 KÜTLE SETİ</td> <td>BAYKON</td> <td>74100</td> <td>3804-19</td> <td>TKM</td> </tr> <tr> <td>Sıcaklık ve Nem Ölçer</td> <td>TFA</td> <td>13411L01</td> <td>8BS4094</td> <td>UMS</td> </tr> </tbody> </table>	Cihaz / Device	İmalatçısı / Man.	Seri No./ Sr. N.	Sertifika No./ Cert. N.	İzlenebilirlik/ Traceability	M1 KÜTLE SETİ	BAYKON	74100	3804-19	TKM	Sıcaklık ve Nem Ölçer	TFA	13411L01	8BS4094	UMS					
Cihaz / Device	İmalatçısı / Man.	Seri No./ Sr. N.	Sertifika No./ Cert. N.	İzlenebilirlik/ Traceability																	
M1 KÜTLE SETİ	BAYKON	74100	3804-19	TKM																	
Sıcaklık ve Nem Ölçer	TFA	13411L01	8BS4094	UMS																	
Cihaza ait bilgiler <i>The information for device</i>	: <table border="1"> <tr> <td>Üretici <i>Manufacturer</i></td> <td>: 0</td> <td>Tip <i>Type</i></td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Dijital <input type="checkbox"/> Analog</td> </tr> <tr> <td>Model <i>Model</i></td> <td>: plusMED</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seri No. <i>Serial Number</i></td> <td>: pM-BS 01</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tek Tartım Aralığı <input type="checkbox"/> Çok Tartım Aralığı</td> </tr> <tr> <td>Ölçüm Aralığı <i>Measurement range</i></td> <td>: 20 kg</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Birden Çok Taksimatlı</td> </tr> <tr> <td>Çözünürlük <i>Resolution</i></td> <td>: 0,1 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Üretici <i>Manufacturer</i>	: 0	Tip <i>Type</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Dijital <input type="checkbox"/> Analog	Model <i>Model</i>	: plusMED			Seri No. <i>Serial Number</i>	: pM-BS 01		<input checked="" type="checkbox"/> Tek Tartım Aralığı <input type="checkbox"/> Çok Tartım Aralığı	Ölçüm Aralığı <i>Measurement range</i>	: 20 kg		<input type="checkbox"/> Birden Çok Taksimatlı	Çözünürlük <i>Resolution</i>	: 0,1 kg		
Üretici <i>Manufacturer</i>	: 0	Tip <i>Type</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Dijital <input type="checkbox"/> Analog																		
Model <i>Model</i>	: plusMED																				
Seri No. <i>Serial Number</i>	: pM-BS 01		<input checked="" type="checkbox"/> Tek Tartım Aralığı <input type="checkbox"/> Çok Tartım Aralığı																		
Ölçüm Aralığı <i>Measurement range</i>	: 20 kg		<input type="checkbox"/> Birden Çok Taksimatlı																		
Çözünürlük <i>Resolution</i>	: 0,1 kg																				
Görsel Kontroller <i>Visual Checks</i>	: <table border="1"> <tr> <td>Zemin kontrolü <i>Check of ground</i></td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable</td> <td><input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place</td> </tr> <tr> <td>Gösterge <i>Scale</i></td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable</td> <td><input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place</td> </tr> <tr> <td>Su Terazisi <i>Water gauge</i></td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable</td> <td><input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place</td> <td><input type="checkbox"/> Yok None</td> </tr> <tr> <td>Açıklamalar <i>Description</i></td> <td colspan="2">:</td> </tr> </table>	Zemin kontrolü <i>Check of ground</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable	<input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place	Gösterge <i>Scale</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable	<input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place	Su Terazisi <i>Water gauge</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable	<input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place	<input type="checkbox"/> Yok None	Açıklamalar <i>Description</i>	:								
Zemin kontrolü <i>Check of ground</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable	<input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place																			
Gösterge <i>Scale</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable	<input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place																			
Su Terazisi <i>Water gauge</i>	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun Acceptable	<input type="checkbox"/> Uygun değil Out of place	<input type="checkbox"/> Yok None																		
Açıklamalar <i>Description</i>	:																				
Kalibrasyon Metodu <i>Calibration method</i>	: KTM.01 Otomatik Olmayan Terazi Kalibrasyon Talimatı'na uygun olarak yapılmıştır. Calibration was performed according to the instructions KT.01																				
Uygunluk Beyanı: <i>Conformity</i>	: Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi müşteriye bırakılmıştır. Evaluation of measurement results is left to the customer.																				

Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

** This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Ölçüm Sonuçları/ Measuring Results: kg

Ön Yükleme / Preload		
Referans Değer Reference Values	Ölçülen Değer Measured values	Gösterge Sapması Deviation indicator
20	20,4	0,4


Kalibrasyon öncesi ayar yapıldı mı?
 Evet Hayır

Gösterge Sapması/Deviation indicator

Uygulanan Yük / Applied Load	Referans Değer Reference Values	Ölçülen Değer Measured values	Gösterge Sapması Deviation indicator	Belirsizlik ± Uncertainty
min	1,0	1,0	0,0	0,001
%25 max.	5,0	5,0	0,0	0,001
%50 max.	10,0	10,0	0,0	0,001
%75 max.	15,0	14,9	-0,1	0,001
max.	20,0	20,3	0,3	0,002

Merkez Dışı Yükleme/Eccentricity test

Referans Değer Reference Values	10,0
Ölçüm No Measure No.	Ölçülen Değer Measured values
1	10,0
2	9,8
3	10,1
4	9,9
5	10,1
Merkeze olan max köşe yükü farkı	0,1


Tekrarlanabilirlik/Repeatability

Referans Değer Reference Values	20,0
Ölçüm No Measure No.	Ölçülen Değer Measured values
1	20,2
2	19,9
3	20,1
4	20,3
5	20,0
6	20,0
Std. Sapma	0,2

Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission. Calibration certificates without signature and seal are not valid.