



Özel Ekol Hastanesi

OLYMPUS AU680 BAKIM ÇİZELGESİ



ÜNLÜK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Şıngaların sızıntı kontrolü																															
Deterjan tubing sızıntı kont.																															
Deterjan seviyesi kontrolü																															
Probların sıvı akışı kontrolü																															
Reaktiflerin Kontrolü																															
Yazıcı ve Kağıdı kontrolü																															
ISE cleaning / Prime İşlemi																															
Küvet Temizliği (W1)																															

HAFTALIK	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta
Probların ve Mikserlerin Temizliği				
ISE D-Pot, mikseri ve sensörleri Temizliği				
ISE T-connector ve tubing temizliği				
W2+PHOTOCAL				

AYLIK	
Probların yıkama istasyonları temizliği	
Mikserlerin yıkama istasyonları temizliği	
Wash Nozzle temizliği	
Saf su sistemi filtresi temizliği	
Sample prob filtre temizliği	
Cihaz Hava filtreleri temizliği	
DI Water tank temizliği	

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
MC.FR.42	03.04.2018	01	20.02.2020	1 / 1