



Özel Ekol Hastanesi

OLYMPUS AU680 BAKIM ÇİZELGESİ



<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
MC.FR.42	03.04.2018	02	12.06.2023	1 / 1

GÜNLÜK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Sıringaların sızıntı kontrolü																																
Deterjan tubing sızıntı kont.																																
Deterjan seviyesi kontrolü																																
Probların sıvı akışı kontrolü																																
Reaktiflerin Kontrolü																																
Yazıcı ve Kağıdı kontrolü																																
ISE cleaning / Prime İşlemi																																
Küvet Temizliği (W1)																																

HAFTALIK	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta
Probların ve Mikserlerin Temizliği				
ISE D-Pot, mikseri ve sensörleri Temizliği				
ISE T-connector ve tubing temizliği				
W2+PHOTOCAL				

AYLIK	
Probların yıkama istasyonları temizliği	
Mikserlerin yıkama istasyonları temizliği	
Wash Nozzle temizliği	
Saf su sistemi filtresi temizliği	
Sample prob filtre temizliği	
Cihaz Hava filtreleri temizliği	
DI Water tank temizliği	

Kontrol Parametreleri İşaretleri: Temizlik yapıldıysa (+) Evet, Temizlik yapılmadıysa (-) Hayır, Ç: Çalışıyor A: Arızalı

Kontrol Eden Ad-Soyad/İmza: