




BİYOMEDİKAL METROLOJİ RAPORU

Künye No	667
Rapor No	2511-4569
Uyg. Tarihi	11-25
Geçerlilik	11-26

Hizmet Bilgileri	Rapor No	: 2511-4569	Rapor Tarihi	: 14.11.2025
	Uygulama Tarihi	: 14.11.2025		
	Uygulama Yeri			
	Yerinde		Laboratuvar	
	Nezaret Eden / Ad, Soyad	Teslim Tutanak No	: -	
	-	Tarih	: -	

Donanım Bilgileri	Birlik	: Edirne	Marka	: EKS
	Sağlık Tesisi	: Özel Ekol Hastanesi	Model	: -
	Künye No	: 667	Seri No	: -
	Biyomedikal Tür	: Tartı Bebek	Bulunduğu Yer	: A2/POLIKLİNLİKLER>UZM.DR.METİN ARSLAN
	Biyomedikal Tanım	: -	Bulunduğu Branş	: -

Metroloji Bilgileri	Test Sayısı	: 2	Rapor Sayfa No	: 3	Sayfa
	Referans Standartlar	1. EURAMET CG 18			
		2. TS EN 45501			
		3.			
4.					

Hizmet Sonucu	Yukarıda künye bilgileri bulunan donanım sağlık hizmeti sunumunda,			Ortam Şartları		
				°C	%RH	mbar
				24,2	55	985,1

Genel Değerlendirme	Yapılan ölçümler neticesinde cihazın kullanıma uygun olduğu görülmüştür.
---------------------	--

İmza Mühür	Laboratuvar Yöneticisi / Sorumlu Müdür	
	Adı Soyadı	: Tolga Özkalp
	Ünvanı	: Sorumlu Müdür
İmza	: 	

<p>Bu rapor kapak sayfası dahil toplam 3 sayfadan ibaret olup, yukarıda künye bilgileri belirtilen biyomedikal donanımlara özel düzenlenmiştir.</p> <p>Mühürsüz, elektronik imzasız veya ıslak imzasız suretlerinin geçerliliği bulunmamaktadır.</p> <p>Bu rapor kısmi parçalar halinde kullanılamaz, değerlendirilemez.</p> <p>Bu rapor sorumlu kurum yönetiminin bilgisi dışında paylaşılamaz, dağıtılamaz, kısmen dahi olsa kullanılamaz.</p>
--

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com

BİYOMEDİKAL METROLOJİ RAPORU
(Elektriksel Güvenlik Testleri)


Künye No	667
Rapor No	2511-4569
Uyg. Tarihi	11-25
Geçerlilik	11-26

Test Bilgileri	Standart No	: EURAMET CG18	Revizyon Tarihi	: 23.10.2015
	Standart Başlığı	: Otomatik Olmayan Tart		
	Test Madde No	: -	Test Uyg. Tarihi	: 14.11.2025
	Test Başlığı	: -		

Referans Donanım	Biyomedikal Tanım	M1 Kütle Seti	İzlenebilirlik	: TKM
	Marka	: Hüray	Sertifika No	: 1/3/1900016-24
	Model	: -	Geçerlilik Süresi	: 04.11.2026
	Seri No	: 541		

Ölçüm Bilgileri	Parametre Tanımı	: Ağırlık	Parametre Birimi	: g
	Ölçülen Katalog Aralığı	: -	Belirsizlik Tipi	: B
	Belirsizlik Bileşenleri	: 1. Test Cihazının Sonlu Çözünürlüğünden Gelen Belirsizlik		
		: 2. Referans Cihazın Kalibrasyon Sertifikasından Gelen Belirsizlik		
: 3. Referans Cihazın Yıllık Kaymasından Gelen Belirsizlik				

* Ölçümler 4. sayfada verilmiştir.

Uzman Görüşü	Yapılan ölçümler neticesinde cihazın kullanıma uygun olduğu görülmüştür.	Testi Uygulayan	Adı	Eren
			Soyadı	Savuran
			Ünvanı	Biyomedikal Müh.
			İmza	 e-imzalıdır

Bu rapor kapak sayfası dahil toplam 3 sayfadan ibaret olup, yukarıda künye bilgileri belirtilen biyomedikal donanımlara özel düzenlenmiştir.

Mühürsüz, elektronik imzasız veya ıslak imzasız suretlerinin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu rapor kısmi parçalar halinde kullanılamaz, değerlendirilemez.

Bu rapor sorumlu kurum yönetiminin bilgisi dışında paylaşılamaz, dağıtılamaz, kısmen dahi olsa kullanılamaz.

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com


BİYOMEDİKAL METROLOJİ RAPORU
(Kantitatif)

Künye No	667
Rapor No	2511-4569
Uyg. Tarihi	11-25
Geçerlilik	11-26

Test Bilgileri	Standart No	: EURAMET CG18	Revizyon Tarihi	: 23.10.2015
	Standart Başlığı	: Otomatik Olmayan Tart		
	Test Madde No	: -	Test Uyg. Tarihi	: 14.11.2025
	Test Başlığı	: -		

Ölçüm Bilgileri	Gözlem Tanımı	: Fonksiyon testleri		
	Gözlenen Katalog Aralığı	: -	Belirsizlik Tipi	: B
	Belirsizlik Bileşenleri	: 1. Test Cihazının Sonlu Çözünürlüğünden Gelen Belirsizlik 2. Referans Cihazın Kalibrasyon Sertifikasından Gelen Belirsizlik 3. Referans Cihazın Yıllık Kaymasından Gelen Belirsizlik		

Fiziksel Kontrol	Sorgu Parametresi	Gözlemlenen Parametre	Yeterlilik Değerlendirmesi
	Genel Fiziksel Kontrol	Uygun	Geçti
	Gösterge ve Paneller	Uygun	Geçti
	Butonlar, Düğmeler	Uygun	Geçti
	Pil, Akü ve Batarya	Uygun	Geçti
	Besleme ve Elektrik kablosu	Uygun	Geçti
	Montaj ve askı aparatları	Uygun	Geçti

Uzman Görüşü	Yapılan ölçümler neticesinde cihazın kullanıma uygun olduğu görülmüştür.	Testi Uygulayan	Adı	Eren
			Soyadı	Savuran
			Ünvanı	Biyomedikal Müh.
			İmza	 e-izimlidir

Bu rapor kapak sayfası dahil toplam 3 sayfadan ibaret olup, yukarıda künye bilgileri belirtilen biyomedikal donanımlara özel düzenlenmiştir.

Mühürsüz, elektronik imzasız veya ıslak imzasız suretlerinin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu rapor kısmi parçalar halinde kullanılamaz, değerlendirilemez.

Bu rapor sorumlu kurum yönetiminin bilgisi dışında paylaşılamaz, dağıtılamaz, kısmen dahi olsa kullanılamaz.

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com



Künye No	0
Rapor No	667
Uyg. Tarihi	2511-4569
Geçerlilik	11-25

Kalibrasyon Sertifikası

Calibration Certificate

Cihazın Sahibi Customer	:	Edirne
Adresi Address	:	0
Makine / Cihaz Instrument / Device	:	667
İmalatçı Manufacturer	:	0
Tip Type	:	EKS
Seri Numarası Serial Number	:	-
Kalibrasyon Tarihi Date of Calibration	:	2511-4569
Talep Numarası Order Number	:	-
Sertifika Sayfa Sayısı Number of pages of the certificate	:	6

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Akme Medikal, TÜRKAK'tan AB-0102-K ile Euramet/CG-18 standardına göre akredite edilmiştir.
Akme Medikal accredited by TÜRKAK under registration number AB-0102-K for Euromet CG-18 as Calibration Laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates. Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate

Mühür

Seal



Yayımlandığı Tarihi

Date

2511-4569

Kalibrasyonu Yapan

Calibrated by

Laboratuvar Personeli

0

Eren

Onaylayan

Approval

Laboratuvar Müdürü

0

Akme Medikal Tic. Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuvarı

Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1A D:6 Beylikdüzü - İstanbul

Tel: (212) 543 89 88 Fax: (212) 543 87 86 email: info@akmemedikal.com web: www.akmemedikal.com

Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



Künye No	0
Rapor No	667
Uyg. Tarihi	2511-4569
Geçerlilik	11-25

Makine / Cihaz	: 667																																								
<i>Instrument / Device</i>																																									
Bulunduğu Yer	: -																																								
<i>Place</i>																																									
Cihazın Kabul Tarihi	: 2511-4569																																								
<i>Date of receipt of Device</i>																																									
Prosedür	: Kalibrasyon Euramet / cg-18/v.04 (EA-10/18) dökümanına uygun olarak yapılmıştır.																																								
<i>Procedures</i>																																									
Çevre Şartları	: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Başlangıç</th> <th>Bitiş</th> <th>Ortalama</th> <th>Belirsizlik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sıcaklık (°C)</td> <td>22,4</td> <td>22,5</td> <td>22,5</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>Nem (% rh)</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>		Başlangıç	Bitiş	Ortalama	Belirsizlik	Sıcaklık (°C)	22,4	22,5	22,5	0,60	Nem (% rh)	55	55	55	3,00																									
	Başlangıç	Bitiş	Ortalama	Belirsizlik																																					
Sıcaklık (°C)	22,4	22,5	22,5	0,60																																					
Nem (% rh)	55	55	55	3,00																																					
<i>Environmental Conditions</i>																																									
Ölçüm Belirsizliği	: Belirsizlik sonuçları diğer sayfalarda verilmiştir.																																								
<i>Measurement Uncertainty</i>																																									
Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.																																									
Kalibrasyonda kullanılan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cihaz / Device</th> <th>İmalatçısı / Man.</th> <th>Seri No./ Sr. N.</th> <th>Sertifika No./ Cert. N.</th> <th>İzlenebilirlik/ Traceability</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M1 KÜTLE SETİ</td> <td>BAYKON</td> <td>74100</td> <td>3804-19</td> <td>TKM</td> </tr> <tr> <td>Sıcaklık ve Nem Ölçer</td> <td>TFA</td> <td>13411L01</td> <td>8BS4094</td> <td>UMS</td> </tr> </tbody> </table>	Cihaz / Device	İmalatçısı / Man.	Seri No./ Sr. N.	Sertifika No./ Cert. N.	İzlenebilirlik/ Traceability	M1 KÜTLE SETİ	BAYKON	74100	3804-19	TKM	Sıcaklık ve Nem Ölçer	TFA	13411L01	8BS4094	UMS																									
Cihaz / Device	İmalatçısı / Man.	Seri No./ Sr. N.	Sertifika No./ Cert. N.	İzlenebilirlik/ Traceability																																					
M1 KÜTLE SETİ	BAYKON	74100	3804-19	TKM																																					
Sıcaklık ve Nem Ölçer	TFA	13411L01	8BS4094	UMS																																					
<i>Equipments used in calibration</i>																																									
Cihaza ait bilgiler	: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Üretici</td> <td>: 0</td> <td>Tip</td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Dijital</td> </tr> <tr> <td><i>Manufacturer</i></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Analog</td> </tr> <tr> <td>Model</td> <td>: EKS</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tek Tartım Aralığı</td> </tr> <tr> <td><i>Model</i></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Çok Tartım Aralığı</td> </tr> <tr> <td>Seri No.</td> <td>: -</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Birden Çok Taksimatlı</td> </tr> <tr> <td><i>Serial Number</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ölçüm Aralığı</td> <td>: 20 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Measurement range</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Çözünürlük</td> <td>: 0,1 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Resolution</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Üretici	: 0	Tip	: <input checked="" type="checkbox"/> Dijital	<i>Manufacturer</i>			<input type="checkbox"/> Analog	Model	: EKS		<input checked="" type="checkbox"/> Tek Tartım Aralığı	<i>Model</i>			<input type="checkbox"/> Çok Tartım Aralığı	Seri No.	: -		<input type="checkbox"/> Birden Çok Taksimatlı	<i>Serial Number</i>				Ölçüm Aralığı	: 20 kg			<i>Measurement range</i>				Çözünürlük	: 0,1 kg			<i>Resolution</i>			
Üretici	: 0	Tip	: <input checked="" type="checkbox"/> Dijital																																						
<i>Manufacturer</i>			<input type="checkbox"/> Analog																																						
Model	: EKS		<input checked="" type="checkbox"/> Tek Tartım Aralığı																																						
<i>Model</i>			<input type="checkbox"/> Çok Tartım Aralığı																																						
Seri No.	: -		<input type="checkbox"/> Birden Çok Taksimatlı																																						
<i>Serial Number</i>																																									
Ölçüm Aralığı	: 20 kg																																								
<i>Measurement range</i>																																									
Çözünürlük	: 0,1 kg																																								
<i>Resolution</i>																																									
<i>The information for device</i>																																									
Görsel Kontroller	: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Zemin kontrolü</td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun</td> <td><input type="checkbox"/> Uygun değil</td> </tr> <tr> <td><i>Check of ground</i></td> <td>Acceptable</td> <td>Out of place</td> </tr> <tr> <td>Gösterge</td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun</td> <td><input type="checkbox"/> Uygun değil</td> </tr> <tr> <td><i>Scale</i></td> <td>Acceptable</td> <td>Out of place</td> </tr> <tr> <td>Su Terazisi</td> <td>: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun</td> <td><input type="checkbox"/> Uygun değil</td> <td><input type="checkbox"/> Yok</td> </tr> <tr> <td><i>Water gauge</i></td> <td>Acceptable</td> <td>Out of place</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td>Açıklamalar</td> <td>: <i>Description</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zemin kontrolü	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun değil	<i>Check of ground</i>	Acceptable	Out of place	Gösterge	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun değil	<i>Scale</i>	Acceptable	Out of place	Su Terazisi	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun değil	<input type="checkbox"/> Yok	<i>Water gauge</i>	Acceptable	Out of place	None	Açıklamalar	: <i>Description</i>																		
Zemin kontrolü	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun değil																																							
<i>Check of ground</i>	Acceptable	Out of place																																							
Gösterge	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun değil																																							
<i>Scale</i>	Acceptable	Out of place																																							
Su Terazisi	: <input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun değil	<input type="checkbox"/> Yok																																						
<i>Water gauge</i>	Acceptable	Out of place	None																																						
Açıklamalar	: <i>Description</i>																																								
<i>Visual Checks</i>																																									
Kalibrasyon Metodu	: KTM.01 Otomatik Olmayan Terazi Kalibrasyon Talimatı'na uygun olarak yapılmıştır. <i>Calibration method</i>																																								
	: Calibration was performed according to the instructions KT.01																																								
Uygunluk Beyanı:	: Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi müşteriye bırakılmıştır. <i>Conformity</i>																																								
	: Evaluation of measurement results is left to the customer.																																								

Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

** This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Ölçüm Sonuçları/ Measuring Results: kg

Ön Yükleme / Preload		
Referans Değer Reference Values	Ölçülen Değer Measured values	Gösterge Sapması Deviation indicator
20	20,3	0,3


Kalibrasyon öncesi ayar yapıldı mı?
 Evet Hayır

Gösterge Sapması/Deviation indicator

Uygulanan Yük / Applied Load	Referans Değer Reference Values	Ölçülen Değer Measured values	Gösterge Sapması Deviation indicator	Belirsizlik ± Uncertainty
min	1,0	1,0	0,0	0,001
%25 max.	5,0	5,0	0,0	0,001
%50 max.	10,0	10,0	0,0	0,001
%75 max.	15,0	14,9	-0,1	0,001
max.	20,0	19,6	-0,4	0,002

Merkez Dışı Yükleme/Eccentricity test

Referans Değer Reference Values	10,0
Ölçüm No Measure No.	Ölçülen Değer Measured values
1	10,1
2	9,8
3	10,0
4	10,0
5	10,1
Merkeze olan max köşe yükü farkı	0,0


Tekrarlanabilirlik/Repeatability

Referans Değer Reference Values	20,0
Ölçüm No Measure No.	Ölçülen Değer Measured values
1	20,0
2	20,3
3	19,8
4	20,2
5	19,7
6	19,9
Std. Sapma	0,3

Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission. Calibration certificates without signature and seal are not valid.